

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Quý Công ty, cửa hàng, các nhà sản xuất

- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của chính phủ về việc quản lý Trang thiết bị y tế và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 ;
- Căn cứ theo Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế về việc quy định trình tự thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực Trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế Công lập;

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương kính mời các Công ty, Cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế gửi báo giá các danh mục hàng hóa theo bảng danh mục đính kèm thư mời này.

1. Yêu cầu báo giá:

- Báo giá theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Thông tư 14/2023/TT-BYT và các quy định hiện hành khác.

+ 01 bản chính (bản cứng) bằng tiếng Việt có ký tên và đóng dấu của người đại diện hợp pháp cho đơn vị báo giá.

2. Hình thức nộp báo giá : Nộp bản chính (bản cứng).Gửi đến văn thư của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, số 29 Nguyễn Bình Khiêm - phường Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

3. Thời gian nhận báo giá:

Từ ngày 22/11/2023 đến Trước 17h00' ngày 06 tháng 12 năm 2023.

4. hiệu lực của báo giá : tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá có hiệu lực

Mọi thông tin cần giải đáp vui lòng liên hệ số điện thoại: 0243 8225331-Phòng Vật tư-Thiết bị y tế (gặp đồng chí Phạm Lê Vân, đồng chí Phạm Văn Toàn, đồng chí Trần Đức Trung.)

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Văn thư, Tài chính Kế toán, Vật tư-TBYT.



Phụ lục danh mục hàng hóa

Đính kèm thông báo số ~~104~~ /TB-BVYHCTTW ngày ~~22~~ tháng ~~11~~ năm 2023

I- Cung cấp oxy lỏng y tế

STT	Tên Hàng Hóa	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật hàng hóa	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Oxy lỏng y tế	- Độ thuần 99,6% - Dạng lỏng - đáp ứng được các tiêu chuẩn sử dụng trong y tế	60.000 (dự kiến)	kg

Yêu cầu chung: Giao hàng vào bồn chứa oxy lỏng tại trung tâm oxy của theo từng đợt dự trữ của Bệnh viện.


II- Cung cấp hóa chất xét nghiệm

STT	Tên Hàng Hóa	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật hàng hóa	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Labonacheck A1c HbA1c test Kit	Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c dùng cho máy xét nghiệm HbA1c Labonacheck A1c	60 (dự kiến)	Hộp

III- Lắp đặt Ô xy, khí nén cho phòng Tiêu Sỏi Huyết.

STT	Tên Hàng Hóa	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính
1	Ô đầu ra khí Oxy	- Chuẩn Din - Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Đầu ra khí được mã hóa màu cho từng loại khí - Có van chặn cho bảo trì, sửa chữa hệ thống cho từng ô khí. - Áp lực làm việc: 5bar - Lưu lượng: 40l/phút - Đường kính ống: 8mm	06	Bộ
2	Ô đầu ra khí nén 4bar	- Chuẩn Din - Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Đầu ra khí được mã hóa màu cho từng loại khí - Có van chặn cho bảo trì, sửa	03	Bộ

STT	Tên Hàng Hóa	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính
		chữa hệ thống cho từng ổ khí. - Áp lực làm việc: 5bar - Lưu lượng: 40l/phút - Đường kính ống: 8mm		
3	Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm	- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Lưu lượng đo: 0-15l/phút - Bình làm ẩm làm bằng nhựa Polycarbonate, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 121 độ C. - Bao gồm đầu cắm nhanh chuẩn Din đi kèm	03	Bộ
4	Hộp đầu giường	- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 - Kích thước: 1100x200x60mm - Có 3 khoang - Có thể lắp báo gọi y tá và gá cài bộ hút dịch cầm tường - Màu trắng ngà có đường viền xanh tạo điểm nhấn - Có thể lắp đèn đọc sách cho bệnh nhân	03	Bộ
5	Cung cấp và lắp đặt ống đồng D12		90	mét
6	Cung cấp và lắp đặt ổ điện 3 chấu		06	cái
7	Cung cấp và lắp đặt dây điện		30	mét
8	Vật tư phụ kết nối ống đồng (tê, cút, nối) + Oxy hàn, gas hàn, que hàn đồng, bu lông, ốc vít, keo dán...		01	lô



STT	Tên Hàng Hóa	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính
9	Cung cấp và lắp đặt hộp ghen nhựa bảo vệ ống 40 x 60mm		03	mét
10	Cung cấp và lắp đặt van chặn khí D12		02	Bộ

