

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đang lên kế hoạch mua sắm các trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh của bệnh viện (có phụ lục 01 đính kèm):

Kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá đến Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương ;

1. Mục đích của yêu cầu báo giá : Làm cơ sở để xây dựng dự toán gói thầu.

2. Yêu cầu báo giá:

+ 01 bản chính (bản cứng) bằng tiếng việt có ký tên và đóng dấu của người đại diện hợp pháp các hãng sản xuất, các nhà cung cấp theo mẫu phụ lục đính kèm(Phụ Lục 02).

+ Catalog, cấu hình và tính năng kỹ thuật của vật tư và các tài liệu khác liên quan (nếu có).

3. Hình thức nộp báo giá : Nộp bản chính (bản cứng) và bản mềm (lưu trên USB).

4.Địa điểm nộp báo giá: Gửi qua văn thư của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, số 29 Nguyễn Bình Khiêm - phường Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

5. Thời gian nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày

Từ ngày 3.../05.../2024 đến hết 17h ngày 17.../05.../2024

Mọi thông tin cần giải đáp vui lòng liên hệ số điện thoại: 0243 8225331-Phòng Vật tư-Thiết bị y tế (gặp đồng chí Phạm Lê Vân và đồng chí Phạm Văn Toàn.)

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Văn thư, PC, Vật tư-TBYT.



PGS.TS Vũ Nam

Phụ lục 01

Danh mục trang thiết bị y tế

Đính kèm thông báo số: 350/TB-BVYHCTTW ngày 03 tháng 5 năm 2024

STT	Tên trang thiết bị	Mô tả yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng (Dự kiến)
1	Giường bệnh nhân 3 tay quay	Yêu cầu chung: - Sản phẩm mới 100%; sản xuất năm 2024 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE hoặc FDA Cấu hình tối thiểu 01 cái giường bao gồm: + Bộ khung bằng thép phun sơn tĩnh điện: 01 bộ + Bàn ăn bệnh nhân di động: 01 chiếc + Thành đầu giường: 01 cặp + Thành chắn dọc giường: 01 cặp + Bánh xe: 04 chiếc + Cọc truyền dịch: 01 chiếc + Nệm: 01 chiếc + Tay quay: 03 chiếc Đạt tiêu chuẩn sử dụng trong y tế để điều trị bệnh nhân. - Tính năng và thông số kỹ thuật: Tổng quan: Giường bệnh nhân bốn bánh xe, sử dụng ba tay quay điều khiển nâng hạ tấm lưng, phần đầu và phần chân bệnh nhân. Dùng trong quá trình điều trị, vận chuyển bệnh nhân giữa các khoa phòng trong bệnh viện + Vật liệu chính: * Khung giường làm bằng thép carbon, thép không gỉ, thép sơn tĩnh điện * Mặt giường: chia làm 4 khúc; các khúc làm bằng nhựa ABS hoặc PE + Vận hành: Điều chỉnh nâng hạ các khúc mặt giường và chiều cao bằng 03 tay quay. + Bánh xe có khóa phanh đường kính khoảng 5 inch. + Bàn ăn bệnh nhân di động mặt bàn bằng PP hoặc bằng gỗ và chân inox có bánh xe di chuyển được. Đệm : + Kích thước: Tương thích với mặt giường + Độ dày: ≥ 100 mm + Vỏ đệm: Làm bằng chất liệu chống thấm nước + Ruột đệm: Bằng cao su hoặc PE hoặc tương đương 2. Tủ đầu giường : 01 chiếc Tổng quan: là tủ đầu giường bệnh nhân có 04 bánh xe di động, ngăn kéo, ngăn để đồ có cánh cửa, hộc	Bộ	03



		để giấy dếp sử dụng để đồ cá nhân, thuốc điều trị...trong quá trình nằm điều trị trong bệnh viện + Chất liệu: Bằng nhựa PP hoặc PE hoặc tương đương.		
2	Giường bệnh nhân 1 tay quay	Yêu cầu chung: - Sản phẩm mới 100%; sản xuất năm 2024 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE hoặc FDA Cấu hình tối thiểu 01 cái giường bao gồm: + Bộ khung bằng thép phun sơn tĩnh điện: 01 bộ + Bàn ăn bệnh nhân liền giường: 01 chiếc + Thành đầu giường: 01 cặp + Thành chắn dọc giường: 01 cặp + Bánh xe: 04 chiếc + Cọc truyền dịch: 01 chiếc + Nệm: 01 chiếc + Tay quay: 01 chiếc Đạt tiêu chuẩn sử dụng trong y tế để điều trị bệnh nhân. - Tính năng và thông số kỹ thuật: Tổng quan: Giường bệnh nhân bốn bánh xe, sử dụng một tay quay điều khiển nâng hạ tấm lưng Dừng trong quá trình điều trị, vận chuyển bệnh nhân giữa các khoa phòng trong bệnh viện * Mặt giường: chia làm 4 khúc; các khúc làm bằng nhựa ABS hoặc PE + Vận hành: Điều chỉnh nâng hạ tấm lưng bằng 01 tay quay. + Bánh xe có khóa phanh đường kính khoảng 5 inch. + Bàn ăn bệnh nhân bằng PP hoặc bằng gỗ gắn liền vào giường, nâng hạ linh hoạt. Đệm: + Kích thước: Tương thích với mặt giường + Độ dày: ≥ 100 mm + Vỏ đệm: Làm bằng chất liệu chống thấm nước + Ruột đệm: Bằng cao su hoặc PE hoặc tương đương 2.Tủ đầu giường: 01 chiếc Tổng quan: là tủ đầu giường bệnh nhân có 04 bánh xe di động, ngăn kéo, ngăn để đồ có cánh cửa, hộc để giấy dếp sử dụng để đồ cá nhân, thuốc điều trị...trong quá trình nằm điều trị trong bệnh viện + Chất liệu: Bằng nhựa PP hoặc PE hoặc tương đương.	Bộ	70
3	Xe đẩy thuốc cấp cứu	Yêu cầu chung: - Sản phẩm mới 100%; sản xuất năm 2024 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE hoặc FDA Cấu hình bao gồm: - Xe đẩy dụng cụ cấp cứu nhiều ngăn kéo: 01 cái	Chiếc	05

		- Hộp đựng kim tiêm bỏ: 01 cái - Bảng CPR: 01 cái - Thùng rác: 02 cái Kết cấu chung và vật liệu: - Thân xe làm bằng nhôm, đường ray chịu lực bằng kim loại; - Nóc xe có lan can can 3 phía (trông phía trước) bằng inox, Hô xe có 01 giỏ đựng 2 hộp nhựa chứa chất thải có nắp - Mặt xe, đáy xe bằng nhựa ABS hoặc PP đúc liền, Hai bên hô xe và lưng xe bằng nhựa ABS hoặc PP + Có 5 ngăn kéo bằng thép hoặc inox sơn tĩnh điện (2 ngăn nhỏ, 2 ngăn vừa và 1 ngăn to) + Ngăn kéo có các tấm vách được xẻ hình răng lược để cài chia ô theo mục đích sử dụng. + Cọc truyền, + Giá để máy khử rung tim, + Hộp đựng kim tiêm vứt bỏ, + Có khóa trung tâm cho 5 ngăn kéo, + Bảng CPR treo phía sau, + Ổ cắm điện và móc treo giấy phía sau, + Có 4 bánh xe di chuyển không gây tiếng ồn có phanh. - Đạt tiêu chuẩn sử dụng trong y tế		
4	Xe đẩy cáng	Yêu cầu chung: - Sản phẩm mới 100%; sản xuất năm 2024 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE hoặc FDA Cấu hình bao gồm: - Xe đẩy cáng lan can nhựa nâng hạ: 01 cái - Đệm : 01 cái - Thành chắn: 02 cái - Bánh xe: 04 cái - Cọc truyền: 01 cái - Giá giữ bình ô xy: 01 Yêu cầu kỹ thuật: - Góc nâng lưng cao nhất: Khoảng 60° - Tải trọng xe cáng : khoảng 200 kg - Vật liệu : Thép sơn tĩnh điện hoặc Inox. Mặt cáng, Khung đỡ mặt cáng, Khung dưới xe cáng : Kết cấu bằng thép hộp hoặc INOX hàn liền kết chắc chắn Hệ thống nâng hạ: Kết cấu bằng các tấm thép dày hoặc INOX dập gân tăng cứng hàn liền kết chắc chắn với các thanh. hệ thống nâng hạ bằng cơ cấu trục vít me bằng ren trơn nhẹ, chắc chắn. có phần trợ lực nâng bằng xilanh thủy lực Bánh xe: + Số lượng: 4 bánh xe, có phanh, lõi, bên ngoài bánh xe có bọc nhựa ABS hoặc tương đương + Vật liệu của lớp bánh: Cao su tổng hợp hoặc	Chiếc	05

		tương đương + Vật liệu chịu lực: Thép hoặc tương đương + Đường kính: khoảng 150 mm Đệm: + Kích thước: Tương thích với mặt cáng + Độ dày: ≥ 50 mm + Vỏ đệm: Làm bằng chất liệu chống thấm nước + Ruột đệm: Bằng PE hoặc tương đương		
--	--	---	--	--

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo thông báo số 350 /TB-BVYHCTTW ngày 2 tháng 5 năm 2024)

MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện y học cổ truyền trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương, chúng tôi
[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà
cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ
của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế

STT	Danh mục trang thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhân hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Thông số kỹ thuật ⁽⁸⁾	Đơn giá ⁽⁹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹⁰⁾ (VND)	Giá kê khai
1	Trang thiết bị A									
2	Trang thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên
quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể
số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày
....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu
báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu
tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của
pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của
pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (11) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

